

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱A冷藏區

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31 23:59

最大值: 4.9 °C

最小值: 4.4 °C

平均值: 4.6 °C



製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 03 April 2026

單位主管: Sin-yi Huang 03 April 2026