

# 監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱B-上

時間區間: 2026-04-01 00:00 ~ 2026-04-30 23:59

最大值: 6.1 °C

最小值: 5.5 °C

平均值: 5.7 °C



製表者: 丁鈺龍 Yu-Long Ding 04 May 2026

單位主管: Sin-yi Huang 05 May 2026