

監控點圖表


監控點: 臨床試驗藥局冰箱C-下

時間區間: 2026-03-01 00:00 ~ 2026-03-31 23:59

最大值: 6.4 °C

最小值: 5.2 °C

平均值: 5.7 °C



製表者: 丁鈺龍 Yu-long Ding 03Apr2026

單位主管: Sin-Yi Huang 03Apr2026